

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SALUD

ACTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS

**LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL
LPE-DAM-004-2024 PRESENCIAL**

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA LUNES 14 DE OCTUBRE DEL 2024, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SALA "CHIAPAS 3" SITA. EN UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO "C", MAYA; EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SALUD Y REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE; CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL PUNTO 3.2 DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA DE CARÁCTER ESTATAL Y DE FORMA PRESENCIAL No. LPE-DAM-004-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, DE CURACIÓN EN LA PARTIDA 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS, PROYECTO: "ATENCIÓN MÉDICA INSUMOS MÉDICOS A.E" FINANCIADOS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 RAMO 28, SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA.

PREGUNTAS

LA EMPRESA FARMACIA DE GENÉRICOS, S.A. DE C.V., ENVÍO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE ACUERDO AL PUNTO 3.2 INCISO A) NUMERAL II DE LAS PRESENTE BASES DE ESTA LICITACIÓN:

PREGUNTA 1.-

NO DE LOTE: 166 CLAVE: 060.345.3143 DESCRIPCIÓN: SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 16 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD CADA 1 O 2 CM EMPEZANDO POR LO MENOS A PARTIR DE LOS 20 CM HASTA POR LO MENOS 40 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS A CUATRO ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE T O L TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS, CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA, CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.

SOLICITAMOS A ESTA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CON UNA PROFUNDIDAD DE 10 CM HASTA LOS 42 CM.

¿PUEDE SER CONSIDERADA DENTRO DEL REQUERIMIENTO?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, DEBE CUMPLIR CON LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y APEGARSE A CLAVE DE COMPENDIO

PREGUNTA 2.- NO DE LOTE: 190 CLAVE: 060.345.3135 DESCRIPCIÓN: SISTEMA DE SUCCION, CERRADO, PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 14 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCION DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD CADA 1 O 2 CM EMPEZANDO POR LO MENOS A PARTIR DE LOS 20 CM HASTA POR LO MENOS 40 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS A CUATRO ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE T O L TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS, CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA, CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCION, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

LA PROFUNDIDAD QUE SE REQUIERE EN LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD ES DE 20 CM HASTA LOS 42 CM, SOLICITAMOS A ESTA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PROFUNDIDAD DE 10 CM HASTA LOS 42 CM.

¿PUEDE SER CONSIDERADA DENTRO DEL REQUERIMIENTO?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, DEBE CUMPLIR CON LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y APEGARSE A CLAVE DE COMPENDIO.

PREGUNTA 3.- LA PARTIDA 51 CLAVE: 060.016.0261 DESCRIPCIÓN: ACEITES HIDROSOLUBLES. PARA LUBRICAR Y PREVENIR EL DETERIORO DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. INCLUYE: ENVASE CON ATOMIZADOR PARA APLICACIÓN. ENVASE CON 240 ML A 4 LITROS. LOS MILILITROS QUE SE ESPECIFICA EN LA CLAVE DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD ES DE 240 ML, EL PROVEEDOR FABRICA ÚNICAMENTE DE 120 MLA CON APLICADOR EN VEZ DE ATOMIZADOR COMO LO SOLICITAN.

¿PUEDE SER CONSIDERADA LA OFERTA 2 A 1 ES DECIR, ENTREGAR 2 ENVASES CON APLICADOR PARA CUMPLIR CON LOS 240 MLA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, DEBE CUMPLIR CON LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y APEGARSE A CLAVE DE COMPENDIO.

PREGUNTA 4.- NO DE LOTE: 8 CLAVE: 060.031.0064 DESCRIPCIÓN: ADHESIVO. ADHESIVO DENTAL PARA RESINAS DIRECTAS AUTOPOLIMERIZABLE O FOTOPOLIMERIZABLE. FRASCO DE 4 ML. SOLICITAMOS A ESTA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR FRASCO DE 5 ML

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

PREGUNTA 5.- NO DE LOTE: 14 060.031.0056 DESCRIPCIÓN: ADHESIVO. ADHESIVO DENTAL PARA RESINAS DIRECTAS AUTOPOLIMERIZABLE OFOTOPOLIMERIZABLE. FRASCO DE 6 G. SOLICITAMOS A ESTA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR FRASCO DE 5 MILILITROS

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, DEBE CUMPLIR CON LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y APEGARSE A CLAVE DE COMPENDIO, DERIVADO A QUE POR CAMBIO DE PRESENTACIÓN CAMBIARÍA A LA CLAVE 060.031.0072

PREGUNTA 6.- NO DE LOTE:108 060.082.0104 APLICADORES CON ALGODON. DE MADERA. ENVASE CON 150 A 750 PIEZAS. SOLICITAMOS A ESTA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN DE 150 PIEZAS

RESPUESTA: SI SE ACEPTA, SE ENCUENTRA DENTRO DEL PARÁMETRO DE LA PRESENTACIÓN DEL ENVASE (DE 150 A 700 PIEZAS), SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PREGUNTA 7.- NO DE LOTE:258 060.031.0080 ADHESIVO. ADHESIVO DENTAL PARA RESINAS DIRECTAS AUTOPOLIMERIZABLE OFOTOPOLIMERIZABLE. FRASCO DE 6 ML.

SOLICITAMOS A ESTA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN DE 5 ML.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, DEBE CUMPLIR CON LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y APEGARSE A CLAVE DE COMPENDIO, DERIVADO A QUE POR CAMBIO DE PRESENTACIÓN CAMBIARÍA A LA CLAVE 060.031.0072

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

PREGUNTA 8.- NO DE LOTE: 9 060.088.0785: DESCRIPCIÓN: APÓSITOS. DE HIDROPOLIMERO PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS. 5 A 7 CM X 9 A 10 CM. PIEZA.

SOLICITAMOS A ESTA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CON LAS MEDIDAS 7.5 X7.5 CM

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, DEBE CUMPLIR CON LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y APEGARSE A CLAVE DE COMPENDIO.

PREGUNTA 9.- NO DE LOTE:49 CLAVE: 060.088.1049 DESCRIPCIÓN: APÓSITOS. DE HIDROPOLIMERO CON DISEÑO ANATÓMICO PARA LA ZONA SACRAL PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS. 11 X 11 CM. ENVASE CON 10 APÓSITOS.

SOLICITAMOS A ESTA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LAS MEDIDAS 12.9 X 12.9

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, DEBE CUMPLIR CON LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y APEGARSE A CLAVE DE COMPENDIO.

PREGUNTA 10.- NO DE LOTE: 136 CLAVE: 060.088.0819 DESCRIPCIÓN: APÓSITOS. DE HIDROPOLIMERO CON DISEÑO ANATÓMICO PARA LA ZONA SACRAL PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS. 10 A 18 CM X 12 A 18 CM. PIEZA.

SOLICITAMOS A ESTA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LAS MEDIDAS 17.2X17.5, CAJA CON 10 PIEZAS.

RESPUESTA: SI SE ACEPTA, LAS MEDIDAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

PREGUNTA 11.- NO DE LOTE: 217 CLAVE: 060.088.1056 DESCRIPCIÓN: APÓSITOS. DE HIDROPOLIMERO CON DISEÑO ANATÓMICO PARA LA ZONA SACRAL PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS. 15 X 20 CM. ENVASE CON 5 APÓSITOS.

SOLICITAMOS A ESTA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LAS MEDIDAS DE 17.2X17.5 CM CAJA CON 10

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, DEBE CUMPLIR CON LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y APEGARSE A CLAVE DE COMPENDIO.

PREGUNTA 12.- NO DE LOTE: 390 CLAVE: 060.088.0678 DESCRIPCIÓN: APÓSITOS HIDROCOLOIDES, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 15 A 21 CM X 15 A 21 CM. PIEZA.

SOLICITAMOS A ESTA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 15X15 CM, CAJA CON 10

RESPUESTA: SI SE ACEPTA, LAS MEDIDAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PREGUNTA 13.- NO DE LOTE: 464 CLAVE: 060.088.0892 DESCRIPCIÓN: APÓSITOS. HIDROCELULAR DE POLIURETANO CON ADHESIVO PARA EL SACRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.

SOLICITAMOS A ESTA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MEDIDAS DE 22X22 CAJA CON 10

RESPUESTA: SI SE ACEPTA, TODA VEZ QUE LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NO ESPECIFICA MEDIDAS DEL MISMO. SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

PREGUNTA 14.- NO DE LOTE: 445 CLAVE: 060.345.4067 DESCRIPCIÓN: EQUIPO PARA BAÑO DE ESPONJA. CONSTA DE: MANOPLA PARA LAVADO, DE TELA NO TEJIDA, RESISTENTE HASTA 40 GRADOS CENTÍGRADOS DE TEMPERATURA; HIPO ALERGÉNICA, SUAVE, NO IRRITANTE A LA PIEL; FORMA Y AJUSTE ANATÓMICO E IMPREGNADA DE SUBSTANCIAS TENSOACTIVAS Y ANTISÉPTICAS O MANOPLA PRE-ENJABONADA: ES SUFICIENTE HUMEDECER CON AGUA LA SUPERFICIE DE LA PALMA DE LA MANO DONDE SE ENCUENTRA LA ESPONJA CON EL JABÓN Y MASAJEAR LA PARTE DEL CUERPO A TRATAR. DICHO JABON ES HIPOALERGENICOY CONTIENE UN MAXIMO DE 0.3 POR CIENTO DE CHLOREXIDINA CON ALTO PODER ANTISEPTICO. MANOPLA PARA SECADO, DE TELA NO TEJIDA, ABSORBENTE, HIPOALERGENICA, SUAVE, NO IRRITANTE A LA PIEL; FORMA Y AJUSTE ANATOMICO. DESECHABLE O MANOPLA PARA SECADO COMPLETAMENTE ABSORBENTE DEJANDO LA PIEL SIN NINGUN RESIDUO DE JABONO AGUA, QUEDANDO COMPLETAMENTE LIMPIA, SUAVE E HIDRATADA. EQUIPO.

SOLICITAMOS A ESTA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SIN EL 0.3 POR CIENTO DE CLORHEXIDINA

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, DEBE CUMPLIR CON LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y APEGARSE A CLAVE DE COMPENDIO.

PREGUNTA 15.- NO DE LOTE: 236.- CLAVE 060.436.0685 DESCRIPCIÓN: GASAS. GASA SECA CORTADA DE TELA NO TEJIDA NO ESTERIL. 10 CM X 10 CM. ENVASE CON 200 PIEZAS.

SOLICITAMOS A ESTA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EMPAQUE DE 100 PIEZAS ¿SE PUEDE ENTREGAR PRESENTACIÓN 2 A 1? ES CORRECTA NUESTRA APRESIACION.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, DEBE CUMPLIR CON LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y APEGARSE A CLAVE DE COMPENDIO.

PREGUNTA 16.- NO DE LOTE 60 CLAVE: 060.345.3309 DESCRIPCIÓN: SET DE LIGADURA. LIGADOR DE VÁRICES ESOFÁGICAS Y RECTALES. PZ

SOLICITAMOS A ESTA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DE LIGADURA CON 9 BANDAS Y CLAVE DISPARADOR DE 1.4 MILIMETROS

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, DEBE CUMPLIR CON LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y APEGARSE A CLAVE DE COMPENDIO, DERIVADO A QUE POR LA PRESENTACIÓN QUE OFERTA CAMBIARIA LA CLAVE.

PREGUNTA 17.- NO DE LOTE: 80 SC-0000023 LÁPIZ DE ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR CON CABLE DE CONEXIÓN UNIVERSAL PARA ELECTROCAUTERIO Y ELECTRODO DE ESPÁTULA. DESECHABLE. PIEZA SOLICITAMOS A ESTA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LÁPIZ ELECTROCAUTERIO DOBLE SWITCH CABLE MED. 3M CONECTOR TRIFÁSICO VALLEYLAB. COMPATIBLE CON UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DOBLE EMPAQUE.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, DEBE CUMPLIR CON LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. LÁPIZ DE ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR CON CABLE DE CONEXIÓN UNIVERSAL PARA ELECTROCAUTERIO Y ELECTRODO DE ESPÁTULA. DESECHABLE Y CONSIDERAR QUE LA LONGITUD DEL CABLE 2.6 M, LONGITUD DE LA PLUMA 160-170 MM, LONGITUD DEL CABEZAL DE CORTE 6-12 MM, ENCHUFE DE LA MÁQUINA Ø4MM, CABEZA ESTÁNDAR DE UN SOLO NÚCLEO.

PREGUNTA 18.- LOS NO DE LOTE: 10, 16, 17, 186, 346 Y 347 PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHS LOTES SERÁ SUFICIENTE CON PRESENTAR LA CARTA DE ESTERILIZACIÓN PARA AVALAR LAS PARTIDAS,.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, LOS LOTES 10, 16 Y 17 LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO REFIERE PRODUCTO NO ESTÉRIL, PARA LOS LOTES 186, 346 Y 347 EL PRODUCTO EN EL ETIQUETADO DEBE ESPECIFICAR LA LEYENDA PRODUCTO ESTÉRIL.

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

PREGUNTA 19.- NO DE LOTE: 127 CLAVE: 060.116.0021 DESCRIPCIÓN: BATA DESECHABLE PARA PACIENTE. ELABORADA EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DE AL MENOS 4 PINES (SMMS), DE AL MENOS 40 GR/M2, CON MANGA CORTA, CON DOS CINTAS DE AMARRE EN LA PARTE DELANTERA. RESISTENTE A LA PENETRACIÓN POR IMPACTO DE FLUIDOS, RESISTENTE A LA PRESIÓN HIDROSTÁTICA DE FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. PRODUCTO DESECHABLE Y DE UN SOLO USO. NO ESTERIL. MEDIDAS: UNITALLA. ENVOLVENTITA DE 147 +/- 3CM.X 117+/- 3CM.
SOLICITAN LA BATA CON ENVOLVENCIA DE 147 +/- 3CM.X 117+/- 3CM

¿ SOLICITAMOS A ESTA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE REFIERE A LA ENVOLVENCIA COMO UN EMPAQUE PRIMARIO O A UN CAMPO QUE ENVUELVA LA BATA?

RESPUESTA: LA BATA CON ENVOLVENCIA DE 147 +/- 3CM.X 117+/- 3CM SE REFIERE AL TAMAÑO DE LA BATA, ES PARTE DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.

LA EMPRESA **GUSI, PRESENTADORA DE SERVICIOS Y ASESORÍAS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.**, ENVÍO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE ACUERDO AL PUNTO 3.2 INCISO A) NUMERAL II DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN:

PREGUNTA NO. 1:

REFERENCIA: NUMERAL 4.4 MUESTRAS
CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE MI REPRESENTADA SOLICITAMOS DE MANERA RESPETUOSA A ESTA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR FOTOGRAFÍAS A COLOR DONDE ESPECIFIQUE CLARAMENTE LOS DATOS REFERENCIADOS,
ESTO A CAUSA DE QUE HAY PRODUCTOS QUE OFERTAREMOS SIN EMBARGO NO PODRÍAMOS ENTREGAR MUESTRAS SI NO VA AMPARADO CON ALGUNA FACTURA

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁN ENTREGAR LAS MUESTRAS DE LOS MATERIALES DE CURACIÓN EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 4.4., DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

PREGUNTA NO. 2:

REFERENCIA: NUMERAL VIII. CARTA DE REGISTRO SANITARIO ANTE LA COFEPRIS
SOLICITAMOS A ESTA HONORABLE CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE REFIERE A LOS REGISTROS SANITARIOS EMITIDOS POR COFEPRIS.

RESPUESTA: EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS Y TODO LO REQUERIDO EN EL NUMERAL VIII.

LA EMPRESA **COMERCIALIZADORA ASERCA, S.A. DE C.V.**, REALIZÓ LAS SIGUIENTES PREGUNTAS VIA CORREO ELECTRÓNICO:

SOLICITA LAS SIGUIENTES ACLARACIONES

PREGUNTA NO. 1: EN RELACIÓN AL INCISO K DEL PUNTO 4.2.1. QUE A LA LETRA DICE: K.- DEBERÁ PRESENTAR ANEXA A SU PROPUESTA EL ORIGINAL PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE PARA EL EXPEDIENTE DE LA CONSTANCIA DE NO ADEUDOS FISCALES VIGENTE A LA FECHA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS; ASÍ COMO PRESENTAR SU CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, VIGENTE., SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARA SI SE REFIERE A LA CONSTANCIA DE NO ADEUDOS FISCALES ESTATAL Y EN EL CASO DE LA CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A LA EMITIDA POR EL SAT.

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

RESPUESTA: SE REFIERE A LA CONSTANCIA DE NO ADEUDOS FISCALES EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE CHIAPAS, ASÍ COMO LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT).

PREGUNTA NO. 2: EN RELACIÓN AL ANEXO 2A "FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA", EN EL LOTE 27 ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE. CARTUCHO CON GRAPAS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR LA MEDIDA.

RESPUESTA: ENGRAPADORA LINEAL MÚLTIPLE, ESTÉRIL, CON GRAPAS DE LONGITUD 50 MM, RECARGABLE

PREGUNTA NO. 3: EN RELACIÓN AL ANEXO 2A "FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA", EN EL LOTE 29 ENGRAPADORA LINEAL RECARGABLE. CARTUCHO CON GRAPAS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR LA MEDIDA.

RESPUESTA: ENGRAPADORA LINEAL MÚLTIPLE, ESTÉRIL, CON GRAPAS DE LONGITUD 30 MM, CON 11 GRAPAS, RECARGABLE

PREGUNTA NO. 4: EN RELACIÓN AL ANEXO 2A "FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA", EN EL LOTE 185 CABLE DE ELECTROCAUTERIO, COMPATIBLE AL GANCHO DISECTOR Y A LA UNIDADELECTROQUIRURGICA, REUSABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR MARCA Y MODELO, O EN SU DEFECTO MAYOR INFORMACIÓN QUE PERMITA IDENTIFICAR UNA PROPUESTA COMPATIBLE.

RESPUESTA: SE REQUIERE QUE EL CABLE SEA UNIVERSAL, ES DECIR COMPATIBLE CON VARIAS MARCAS TODA VEZ QUE ES UN CABLE PARA PARA PLACA DE RETORNO, CON CONECTOR PLUG 6.3MM PARA UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA

PREGUNTA NO. 5: EN RELACIÓN AL ANEXO 2A "FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA", EN EL LOTE 191 DESINFECTANTE. CLORURO DE BENZALCONIO AL 12%, CADA 100 ML. CONTIENEN: CLORURODE BENZALCONIO 12 G. NITRITO DE SODIO (ANTIOXIDANTE) 5 G. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR LA PRESENTACIÓN.

RESPUESTA: ENVASE CON 500 ML

PREGUNTA NO. 6: EN RELACIÓN AL ANEXO 2A "FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA", EN EL LOTE 406 ENGRAPADORA CIRCULAR PARA ANASTOMOSIS TERMINOTERMINAL. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR LA MEDIDA.

RESPUESTA: MEDIDAS SOLICITADAS 25 MM.

PREGUNTA NO. 7: EN RELACIÓN AL ANEXO 2A "FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA", EN EL LOTE 31, 45, 48, 240 Y 324 RELATIVOS A DIVERSAS SUTURAS EN PRESENTACIÓN DE ENVASE CON 36 PIEZAS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIR OFRECER KIT DE 3 CAJAS CON 12 PIEZAS CADA CAJA.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, LA OFERTA DEL LICITANTE DEBE CUMPLIR CON LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PREGUNTA NO. 8: EN RELACIÓN AL INICISO A DEL PUNTO 4.2.1., SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE SI EL INICISO II, SE DEBERÁ MANIFESTAR QUE QUE EL GIRO DEL NEGOCIO CORRESPONDE AL OBJETO DE LA LICITACIÓN, INDICAR LA FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES, QUE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA Y LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN EL RAMO.

RESPUESTA: DEBERÁ PRESENTAR CARTA DONDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE EL GIRO DEL NEGOCIO CORRESPONDE AL OBJETO DE LA LICITACIÓN LA FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES, QUE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA Y LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN EL RAMO.

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

NOTA FINAL:

SE EXHORTA A LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES A OFERTAR LOS MEJORES PRECIOS, CON RELACIÓN A LOS QUE RIGEN EN EL MERCADO, TODA VEZ QUE DE DETECTARSE ACUERDOS PARA OFERTAR PRECIOS ALZADOS, PREVIA VALORACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADO, SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN Y EN SU CASO LA SANCIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA.-----

LOS LICITANTES, DEBERÁN PRESENTAR DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA LOS ARCHIVOS EN **WORD Ó EXCEL EN MEDIO MAGNÉTICO**, DE LA FICHA TÉCNICA Y ECONÓMICA, LO ANTERIOR ES CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA ESTAR EN CONDICIONES DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE FALLO EN TIEMPO Y FORMA. -----

LAS ACTAS LAS PODRÁN OBTENER DE LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO DE SALUD:
www.saludchiapas.gob.mx-----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS **11:50 HORAS** DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON: -----

POR EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES Y ÁREA REQUIRENTE.


PRESIDENTE


SECRETARIO TÉCNICO


C.P. SUSANA MAGDALENA RUIZ LÓPEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ



DR. LUIS ANTONIO GUILLÉN VELASCO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ


VOCALES



DRA. LETICIA JARQUÍN ESTRADA
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ
C.P. HUMBER CRUZ NOYOLA
REPRESENTANTE



DR. FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ NATARÉN
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ
DR. GILBERTO CRUZ FLORES
REPRESENTANTE

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"


C.P. FERNANDO RIVERA LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ
L.A.T. PERLA IBETH SÁNCHEZ CASTELLANOS
REPRESENTANTE



DR. AURELIANO DE JESÚS GÓMEZ CORDERO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ
LIC. LAURA CAMAS VIDAL
ING. DOMINGO JAVIER CALCÁNEO GALINDO
REPRESENTANTE



DRA. ALEJANDRA MARTÍNEZ MENESES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ
LIC. YADIRA JANETH ARREOLA PÉREZ
DR. VICENTE BENJAMÍN PINEDA VITAL
REPRESENTANTES


DR. LIMBER GARCÍA ZAPATA
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
SANITARIOS Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ
LIC. JOSÉ ANTONIO DÍAZ CÓRDOVA
REPRESENTANTE

ASESOR

ASESOR



C.P. GERARDO ESPINOSA CIFUENTES
CONTRALOR INTERNO DEL INSTITUTO DE SALUD,
ASESOR DE LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y
FUNCIÓN PÚBLICA Y ASESOR DEL SUBCOMITÉ
LIC. CARMEN JUÁREZ NAFATE
LIC. DARINEL ROBLERO HERNÁNDEZ
C.P. JANEL CHANDOMÍ ROBLES
REPRESENTANTES



LIC. CARLOS ALBERTO PACHECO DURÁN
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
Y ASESOR DEL SUBCOMITÉ
LIC. FATIMA PENAGOS MARTÍNEZ
LIC. NORMA YEUDITH GUTIÉRREZ CHANDOQUI
LIC. HÉCTOR GONZÁLEZ FERRER
REPRESENTANTES

LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA A LA QUE REPRESENTO EN ESTE ACTO, SE RESERVA EL DERECHO DE EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA

INVITADO

ÁREA REQUIRENTE


C.P. RAÚL FRANCISCO GUTIÉRREZ LÓPEZ
COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO
INVITADO DEL SUBCOMITÉ


C.P. LETICIA MUÑOZ RUÍZ
ENLACE ADMINISTRATIVO
DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
REPRESENTANTE

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

LICITANTES

EMPRESA	FIRMA
FARMACIA DE GENÉRICOS, S.A. DE C.V.,	Gabriela Iglesias
GUSI, PRESENTADORA DE SERVICIOS Y ASESORÍAS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Ornela Hernández Hdz.
REYNA TERESA VELÁZQUEZ SÁNCHEZ	Ma. Elena Gomez
COMERCIALIZADORA ASERCA S.A. DE C.V.	Roberto Dominguez Masillas
ARCÁNGEL MEDICS SUMINISTROS MÉDICOS Y HOSPITALES, S.A. DE C.V.	Amandiyano
DISTRIBUIDORA DEMA, S.A. DE C.V.	Enedr Albores Bulhines

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE-DAM-004-2024 PRESENCIAL DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large 'SAR' signature.








"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SALUD

I. LISTA DE ASISTENCIA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE-DAM-004-2024 PRESENCIAL

ETAPA: JUNTA DE ACLARACIONES DE DUDAS.
 OBJETO: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN.
 PARTIDA: 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
 FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2024 11:00 HORAS.
 LUGAR: SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SALA "CHIAPAS 3" SITA. EN UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO "C", MAYA TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.


MIEMBROS	FIRMA
<p>C.P. SUSANA MAGDALENA RUÍZ LÓPEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ</p>	
<p>DR. LUIS ANTONIO GUILLÉN VELASCO SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ</p>	
<p>DRA. LETICIA JARQUIN ESTRADA DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ C.P. HUMBER CRUZ NOYOLA REPRESENTANTE</p>	
<p>DR. FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ NATAREN DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DR. GILBERTO CRUZ FLORES REPRESENTANTES</p>	
<p>C.P. FERNANDO RIVERA LÓPEZ SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ L.A.T. PERLA IBETH SÁNCHEZ CASTELLANOS REPRESENTANTE</p>	
<p>DR. LIMBER GARCÍA ZAPATA DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ LIC. JOSÉ ANTONIO DÍAZ CÓRDOVA REPRESENTANTE</p>	
<p>DR. AURELIANO DE JESÚS GÓMEZ CORDERO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ LIC. LAURA CAMAS VIDAL</p>	

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SALUD

<p>ING. DOMINGO JAVIER CALCÁNEO GALINDO REPRESENTANTE</p>	
<p>DRA. ALEJANDRA MARTÍNEZ MENESES DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ LIC. YADIRA JANETH ARREOLA PÉREZ DR. VICENTE BENJAMÍN PINEDA VITAL REPRESENTANTES</p>	
<p>C.P. GERARDO ESPINOSA CIFUENTES CONTRALOR INTERNO EN EL INSTITUTO DE SALUD. SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA ASESOR LIC. CARMEN JUÁREZ NAFATE LIC. DARINEL ROBLERO HERNÁNDEZ C.P. JANEL CHANDOMÍ ROBLES REPRESENTANTES</p>	
<p>LIC. CARLOS ALBERTO PACHECO DURÁN SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS ASESOR LIC. FÁTIMA PENAGOS MARTÍNEZ LIC. NORMA YEUDITH GUTIÉRREZ CHANDOQUI LIC. HECTOR GONZÁLEZ FERRER REPRESENTANTES</p>	
<p>C.P. RAÚL FRANCISCO GUTIÉRREZ LÓPEZ COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO INVITADO</p>	

REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE

<p>C.P. LETICIA MUÑOCA RUÍZ ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA REPRESENTANTE</p>	
--	--

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

**SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SALUD**

LICITANTES

EMPRESA	FIRMA
FARMACIA DE GENÉRICOS, S.A. DE C.V.	Gabriela Iglesias
GUSI, PRESENTADORA DE SERVICIOS Y ASESORÍAS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	Crystell Hernández Hdz.
REYNA TERESA VELÁZQUEZ SÁNCHEZ	Ma Elena Gomez Areola
COMERCIALIZADORA ASERCA, S.,A.DE C.V.	Roberto Dominguez Moscoso

Distribuidora de equipos y
medicina avanzada

Arcangel Medics S de CV

Manzanillo