



SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SALUD

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. LPE/IS/DIS/011/2025 PRESENCIAL

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "JAGUAR NEGRO" DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, UBICADA EN UNIDAD ADMINISTRATIVA, EDIFICIO C, COL. MAYA, C.P. 29010, EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SALUD Y REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE; CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL PUNTO 3.2 DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. LPE/IS/DIS/011/2025 PRESENCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN LA PARTIDA 53101.- EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, PARA EL PROYECTO "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS A.E.", FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO A1 INGRESOS ESTATALES Y RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS, SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD.

PARA LA PRESENTE ETAPA SE RECIBIERON PREGUNTAS Y/O SOLICITUDES DE ACLARACIONES DE LOS LICITANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR, POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 3.2 INCISO A DE LAS BASES QUE RIGEN LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. LPE/IS/DIS/011/2025 PRESENCIAL, SE HACE CONSTAR QUE LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO ENVIADAS POR LOS LICITANTE FUERON EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD A TRAVÉS DE MEMORÁNDUM NO. IS/DIS/0431/2025 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2025.

PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES:

| LICITANTE: INSUMOS Y SERVICIOS MÉDICOS KALF S.A. DE C.V. | |
|--|--|
| CARÁCTER: TÉCNICO | |
| PREGUNTA | RESPUESTA |
| <p>PREGUNTA NO. 1: ANEXO 02.A LOTE: 5 CUNA DE CALOR RADIANTE INTERMEDIA. - Solicitamos atentamente a la convocante confirmar si será permitido ofertar tecnología de especificaciones superiores a las solicitadas en el anexo técnico, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos, y sin que ello sea motivo de descalificación para los licitantes. ¿Se acepta?</p> | <p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMAS LICITANTES.</p> |
| <p>PREGUNTA NO. 2: ANEXO 02.A LOTE: 7 INCUBADORA DE TRASLADO CON TANQUE DE OXÍGENO DE 1M3 INTERMEDIA.- Solicitamos atentamente a la convocante confirmar si será permitido ofertar tecnología de especificaciones superiores a las solicitadas en el anexo técnico, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos, y sin que ello sea motivo de descalificación para los licitantes. ¿Se acepta?</p> | <p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMAS LICITANTES.</p> |
| <p>PREGUNTA NO. 3: ANEXO 02.A LOTE: 11 MÁQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA CON MONITOR DE SIGNOS VITALES- Solicitamos atentamente a la convocante confirmar si será permitido ofertar tecnología de especificaciones superiores a las solicitadas en el anexo técnico, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos, y sin que ello sea motivo de descalificación para los licitantes. ¿Se acepta?</p> | <p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMAS LICITANTES.</p> |



| | |
|---|--|
| <p>PREGUNTA NO. 4: ANEXO 02.A LOTE: 13 MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO CON BASE RODABLE, CON LECTURA DE TEMPERATURA Y OXIMETRÍA- Solicitamos atentamente a la convocante confirmar si será permitido ofertar tecnología de especificaciones superiores a las solicitadas en el anexo técnico, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos, y sin que ello sea motivo de descalificación para los licitantes. ¿Se acepta?</p> | <p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |
|---|--|

LICITANTE: ARBIOMED EQUIPOS E INSUMOS S.A. DE C.V.

CARÁCTER: TÉCNICO

| NÚMERO | NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO DE LAS BASES | PÁGINA DE LAS BASES | CARÁCTER (ADMINISTRATIVO, LEGAL O TÉCNICO) | PREGUNTA | RESPUESTA |
|--------|---|---------------------|--|---|--|
| 1 | | Varios | TÉCNICO | Se solicita para todas las partidas se permita ofertar equipos con tecnología superior y/o características superiores, sin afectar la solvencia técnica de la propuesta. | SI, SIEMPRE Y CUANDO MEJORE LA OFERTA DE LO SOLICITADO, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 2 | ANEXO 02 REQ. 1 EQUIPO MEDICO Propuesta economica | 59 | TÉCNICO | Se solicita se confirme si para presentar la propuesta economica se deberan cotizar y/o colocar las partidas completas o solo en las que se desea participar | PODRÁN PRESENTAR LOS LOTES EN LOS QUE DESEEN PARTICIPAR O PARTIDAS COMO MENCIONA LA PREGUNTA. |
| 3 | ANEXO 01 A | 85 | TÉCNICO | Donde se presentan 13 cuadros de distribución con el concepto de equipo, cantidad y zonas de entrega Se solicita se especifique si estos cuadros corresponden tambien a paquetes de adquisición, es decir; si debemos cumplir y cotizar el cuadro completo en caso de estar interesados en participar en alguna de sus partidas. | NO, COMO SE HACE REFERENCIA A LAS PREGUNTAS ANTERIORES, EN CASO DE PARTICIPAR PARA ALGUNO DE LOS LOTES POR EJEMPLO LOS GLUCÓMETROS Y RESULTAR GANADOR, DEBERÁN ENTREGAR TAL LOTE EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE LOS CUADROS DE DISTRIBUCIÓN ANEXADOS, RESPETANDO LAS CANTIDADES. ESTÁ ORDENADO DE ESA MANERA POR FACILIDAD DE LECTURA. |
| 4 | ANEXO 01 A LOTE N°3 Numeral 9. | 26 | TÉCNICO | Donde se especifican las dimensiones de cama electrica Hospitalaria +/- 5%: longitud total 230 cm. ancho total 105 cm. Se solicita confirmar si es aceptable que el equipo tenga las siguientes medidas: longitud total 208 cm. ancho total 97 cm. | NO, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES. |
| 5 | ANEXO 01 EQUIPO MEDICO LOTE N°4 | 27 | TÉCNICO | Donde se especifica se requiere una quinta rueda | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |

7
4
10
2
[Signatures]



| | | | | | |
|---|--|----|---------|---|--|
| | Numeral 1.2.4 | | | Se solicita confirmar que esta característica es de una marca y modelo específico, y no afecta el funcionamiento del equipo si esta característica es omitida. | |
| 6 | ANEXO 01 EQUIPO MEDICO LOTE N° 4 Numeral 1.6.7 | 28 | TÉCNICO | <p>Donde se especifica una característica del equipo desfibrilador: que cuente con capacidad de desfibrilación interna (cirugía de corazón abierto y externa)</p> <p>Se solicita confirmar si es aceptable que esta característica del equipo no sea obligatoria en área que no lo requieren y solo sea requisito específico para el área de quirófano de cirugías cardíacas, salas híbridas cardiovasculares (con fluoroscopia y cirugía abierta)</p> | NO, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES. |
| 7 | REQ. 1 EQUIPO MEDICO LOTE N° 14 Numeral 1.1 | 71 | TÉCNICO | <p>Donde se especifica una característica del equipo de Rayos X Fijo Digital: con generador de alta frecuencia con capacidad de 50 kw.</p> <p>En razón que la tecnología digital del fabricante y mi representada, permite ofertar un equipo con menor cantidad de radiación protegiendo al paciente, solicito se nos permita oferta un equipo que tenga generador de alta frecuencia de 40 KW. Mismo que se considera con características superiores a las solicitadas a la ficha técnica al se tecnología digital para la adquisición de la imagen radiológica.</p> | SE ACEPTA LA PROPUESTA, A RESERVA DEL ANÁLISIS CUALITATIVO DEL EQUIPO A OFERTAR. SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMAS LICITANTES. |
| 8 | REQ. 1 EQUIPO MEDICO LOTE N° 14 | 71 | TÉCNICO | <p>Para las modalidades DICOM, se solicita precisar si será necesario presentar carta respaldo de Distribuidor Autorizado del Fabricante en donde se manifieste que los equipos ofertados -Estándar de comunicación DICOM (de la misma marca del equipo principal ofertado) con las siguientes clases de servicios habilitadas para su uso (anexar carta de fabricante de cumplimiento):</p> <p>-DICOM Verificación</p> | ES CORRECTO. |

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table]



| | | | | | |
|----|---|----|---------|---|---|
| | | | | -DICOM Send o export -DICOM Storage commitment -DICOM Storage -DICOM print management -DICOM media storage -DICOM worklist -DICOM Query/Retrieve -DICOM MPPS (Modality Perform Procedure Step) | |
| 9 | REQ. 1 EQUIPO MEDICO LOTE N° 15 Numeral 1 | 27 | TÉCNICO | Donde se especifica una característica del equipo de estuche diagnóstico: Luz xenon Se solicita confirmar si es aceptable que el equipo sea de luz led, el uso de la luz xenon es limitado ya que requiere mas energía y tiene un vida útil corta de entre (20hrs y 30 hrs) y su costo de remplazo es mayor. | SI SE ACEPTA LA OPCIÓN LED, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMAS LICITANTES. |
| 10 | REQ. 1 EQUIPO MEDICO LOTE N°11 Numeral 1 | 66 | TÉCNICO | Donde se especifica una característica del equipo Maquina de Anestesia intermedia: que todos los materiales deben ser compatibles para el trabajo de resonancia magnética. Se Solicita confirmar si es aceptable que el equipo no cuente con esta característica si es colocada en quirófano general. | NO, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES. |
| 11 | REQ. 1 EQUIPO MEDICO LOTE N° 28 LOTE 29 Numeral 1 | 54 | TÉCNICO | Donde se especifica una característica del sistema de refrigeración: que cuente con capacidad de: 13 pies 3/368 litros Se Solicita confirmar si es aceptable que el equipo cuente con una capacidad de 14 pies 396L . | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMAS LICITANTES. |
| 12 | CUNA DE CALOR RADIANTE INTERMEDIA | 17 | PIEZA | Solicitamos atentamente a la convocante confirmar si será permitido ofertar tecnología de especificaciones superiores a las solicitadas en el anexo técnico, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos, y sin que ello sea motivo de descalificación para los licitantes. | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMAS LICITANTES. |
| 13 | INCUBADORA DE TRASLADO CON TANQUE DE | 11 | PIEZA | Solicitamos atentamente a la convocante confirmar si será permitido ofertar tecnología de especificaciones superiores a las solicitadas en el anexo técnico, siempre y | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMAS LICITANTES. |



| | | | | | |
|----|---|----|-------|---|---|
| | OXÍGENO DE 1M3 INTERMEDI A | | | cuando se cumpla con todos los requisitos, y sin que ello sea motivo de descalificación para los licitantes. | |
| 14 | MÁQUINA DE ANESTESIA INTERMEDI A CON MONITOR DE SIGNOS VITALES | 6 | PIEZA | Solicitamos atentamente a la convocante confirmar si será permitido ofertar tecnología de especificaciones superiores a las solicitadas en el anexo técnico, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos, y sin que ello sea motivo de descalificación para los licitantes. | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMAS LICITANTES. |
| 15 | MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO CON BASE RODABLE, CON LECTURA DE TEMPERATURA Y OXIMETRÍA | 55 | PIEZA | Solicitamos atentamente a la convocante confirmar si será permitido ofertar tecnología de especificaciones superiores a las solicitadas en el anexo técnico, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos, y sin que ello sea motivo de descalificación para los licitantes. | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMAS LICITANTES. |

NO SE RECIBIERON MÁS PREGUNTAS O SOLICITUDES DE ACLARACIONES POR PARTE DE LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. LPE/IS/DIS/011/2025 PRESENCIAL A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES, VÍA CORREO ELECTRÓNICO O DE MANERA PRESENCIAL EN LOS TIEMPOS SEÑALADOS EN EL PUNTO 3.2 INCISO A DE LAS BASES DE ESTE CONCURSO, POR LO ANTERIOR SE DEJA CONSTANCIA DE LAS RESPUESTAS BRINDADAS A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES POR PARTE DEL ÁREA REQUINENTE Y ESTA CONVOCANTE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

LAS ACLARACIONES Y MODIFICACIONES FORMULADAS EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES SERÁN OBLIGATORIAS PARA TODOS LOS LICITANTES Y PASARÁN A FORMAR PARTE INTEGRAL DE LAS BASES; POR LO TANTO, TODOS LOS LICITANTES ESTARÁN OBLIGADOS A CUMPLIR CON LAS ACLARACIONES, MODIFICACIONES Y LOS ACUERDOS QUE SE HAYAN PLASMADO EN LA PRESENTE ACTA, AUN CUANDO NO HAYAN ASISTIDO A LA MISMA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 75 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

SE INFORMA A LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ, ÁREA REQUINENTE Y PARTICIPANTES QUE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2025 A LAS 12:00 HORAS Y LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS SERÁ EL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2025 A LAS 09:30 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS "JAGUAR NEGRO" DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

SE EXHORTA A LOS LICITANTES PARTICIPANTES A OFERTAR LOS MEJORES PRECIOS, CON RELACIÓN A LOS QUE RIGEN EN EL MERCADO, TODA VEZ QUE, DE DETECTARSE ACUERDOS PARA OFERTAR PRECIOS ALZADOS, PREVIA VALORACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADO, SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN Y EN SU CASO LA SANCIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO.




LOS LICITANTES, DEBERÁN PRESENTAR DENTRO DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, LOS ARCHIVOS EN WORD Ó EXCEL EN MEDIO MAGNÉTICO (USB), TAL COMO SE SOLICITA EN LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR LA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE FALLO EN TIEMPO Y FORMA.

PODRÁN OBTENER EL ACTA RESPECTIVA AL DÍA SIGUIENTE HÁBIL EN LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO DE SALUD **WWW.SALUDCHIAPAS.GOB.MX**, EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA EN LA DESCARGA, PODRÁ ACUDIR AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES PARA QUE LES SEA ENTREGADA UNA COPIA DE LA MISMA.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR **TERMINADA** LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS **13:25** HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


POR EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES Y ÁREA REQUIRENTE



LIC. ROSALÍA VÁZQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Y PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ



LIC. CINAR RODRIGO ÁLVAREZ SANTOS
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
SECRETARIO TÉCNICO


VOCALES



DR. FLORENTINO ORLANDO GARCÍA MORALES
DIRECTOR DE SALUD PÚBLICA
VOCAL DEL SUBCOMITÉ
C.P. HUMBER CRUZ NOYOLA
VOCAL SUPLENTE


Q.F.B. ADRIANA GÓMEZ BUSTAMANTE
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA
VOCAL DEL SUBCOMITÉ
ING. CARLOS ALFONSO DÍAZ MARTÍNEZ
VOCAL SUPLENTE


C.P. SALVADOR BETANZOS SOLÍS
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y
VOCAL DEL SUBCOMITÉ
C.P. ALEJANDRO TRUJILLO MORENO
VOCAL SUPLENTE


LIC. RODOLFO TOVAR RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
SANITARIOS
VOCAL DEL SUBCOMITÉ
ING. FIDEL AGUILAR AQUINO
VOCAL SUPLENTE


ARQ. ROSARIO ESMERALDA COUTIÑO ROBLERO
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
VOCAL DEL SUBCOMITÉ
LIC. DAIREN MORALES MONTES
VOCAL SUPLENTE


DRA. ROSA DEL CARMEN OCHOA TAPIA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
VOCAL DEL SUBCOMITÉ
C.P. HERNÁN CASTELLANOS LÓPEZ
LIC. GABRIEL DE JESÚS MORALES BALBUENA
LIC. DESSIRE CABRERA HERNÁNDEZ
VOCAL SUPLENTE



**ASESORES
CON VOZ, PERO SIN VOTO**

ING. M.I. CARLOS RICARDO TIRADO PADILLA
DIRECTOR DE AUDITORÍA EN ENTIDADES "B"
LIC. LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ CHACÓN
COORDINADOR DE COMISARIOS
Y DESPACHOS INTERNOS
LIC. ANUAR PAVEL ULLOA MONTIEL
CONTRALOR INTERNO EN EL INSTITUTO DE SALUD
ASESORES

MTRO. ROGELIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
ASESOR
LIC. ENOHÉ DE JESÚS ARGUELLO
LIC. NORMA YEUDITH GUTIÉRREZ CHANDOQUI
SUPLENTES

INVITADA

ÁREA REQUIRENTE

MTRA. MARÍA DE GUADALUPE COUTIÑO MOLINA
COMISARIA PÚBLICA PROPIETARIA
INVITADA
MTRO. RUBÉN ARNULFO ALFONZO GÓMEZ
COMISARIO PÚBLICO SUPLENTE
LAE. JOSÉ FRANCISCO GARCÍA HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE
ARQ. SARA ALARCÓN SANTOS
SUPLENTE

ING. LUIS ROBERTO MARTÍNEZ CAMACHO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE
LA TECNOLOGÍA EN SALUD

LAS SIGUIENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. LPE/IS/DIS/011/2025 PRESENCIAL DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025



POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES

| INTERESADOS EN PARTICIPAR | NOMBRE Y FIRMA |
|--|--|
| ARBIOMED EQUIPOS E INSUMOS, S.A. DE C.V. |  Alberto Pérez García |
| ARCÁNGEL MEDICS SUMINISTROS MÉDICOS Y HOSPITALES S.A. DE C.V. | E duab melchor mtz  |
| ATARAXIA S.A. DE C.V. |  CARLOS UTRILLA |
| FARMAINTEGRAL Y SUMINISTROS EN GENERAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | Maria del Carmen  Martinez González. |
| INSUMOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS MEDICAHOME, S.A. DE C.V. | Manuel Alejandro Arévalo Velázquez  |

LAS SIGUIENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. LPE/IS/DIS/011/2025 PRESENCIAL DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025